

## DOKU GÖMME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaz dokuların parafine gömülerek blok haline getirilmesi için gerekli uygulamaların tamamını bir arada yapılmasını sağlayan tasarıma sahip olmalıdır.

Cihazın tüm sıcaklık ayarları kontrol edilebilmeli ve ısıları 50-75 derece aralığında ayarlanabilmelidir.

Cihaz parafin sızmalarına karşı yalıtılmış ve yüzeyi ksilene dayanıklı olmalı.

Cihazda her yöne ayarlanabilen özellikte bir büyüteçe sahip olmalı.

Cihazın parafin akış hızı ayarlanabilir olmalı.

Cihazın parafin atık tepsisi bulunmalıdır.

Cihazda otomatik çalıştırmak için çalışma günleri, saat programabilmelidir ve bu özellik çalışır durumda seçilebilmelidir.

Cihaz üzerinde tek ekran bulunmalı ve ekranda tüm sıcaklık değerleri izlenebilmeli.

Cihaz kaset çalışma alanını aydınlatma sistemine sahip olmalıdır.


Cihaz +18/+40 derecelik oda sıcaklığı değerlerinde çalışmalıdır.

Cihaz 220v/50Hz de çalışmalıdır.

Cihaz garanti süresi en az 2 yıl olmalı garanti dışında 10 yıl süre ile yedek parça ve bakımları firma tarafından yapılabilirdir.

Cihaz eğitim sertifikaları cihaz eğitimi verilen personeller adına çıkartılmalıdır.

Cihaz alımında bölüm tarafından uygunluk alınmalıdır.



Prof. Dr. Abbas TANER  
Yüksek İhtisas Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Kofu Ankara Hastanesi  
Klinik Laboratuvar Direktörü

Saap Koca  
Pat. Lab Sorumlusu



Prof. Dr. Ömer Koca

