

HASSAS TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın Max tartım kapasitesi asgari 1 gr ile 5000 gr olmalıdır.
2. Cihazın tartım alanı büyük kap koymak için elverişli olmalıdır.
3. Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.
4. Cihaz gövdesi uzun süre ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
5. Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, tara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu olmalıdır.
6. Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.
7. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
9. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.
10. Alımdan önce bölümden uygunluk alınmalıdır.
11. Cihaz patoloji kliniğinde patolojik materyalin makroskopik değerlendirme ve kimyasal hazırlamada kullanımı kolay ve uygun olmalıdır.

İzlemeye uygundur

Prof. Dr. Ömer Uluç

[Signature]

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü

İzlemeye uygundur

[Signature]