

KİMYASAL SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dolap EN-14470-1 standartlarına uygun olmalıdır.
- Kabin plastik lamineli çelik sac malzemeden imal edilmiş ve yangına dayanıklı olmalıdır.
- Kabinin yan ve arka duvarları aynı kalınlıkta olmalıdır.
- Kabinin iç yangın duvarı ve dış yüzey arasında hava emiş boşluğu olmalıdır.
- Dolap iki kapılı olmalı ve 180 derece açılır olmalıdır.
- Dolap statik elektiriğe karşı korumalı olması amacıyla topraklama bağlantısına sahip olmalıdır.
- Kapılar sert kapamayı önleyecek pnömatik üniteden oluşmalıdır.
- Dolap içerisinde havalandırma olmalı ve havalandırma yangın esnasında otomatik olarak kapanmalıdır.
- Kabin içi sıcaklık değişimi izlenebilir olmalıdır.
- İçerisinde 4 adet raf olmalıdır ve bu raflar arası mesafe kimyasalların boyutuna göre değiştirebilmelidir.
- Dökülen kimyasalları toplamak için alt kısımda toplama ünitesi olmalı ve hacmi en az 60 litre olmalıdır.
- Dolap ayaklarının yükseklikleri ayarlanabilmesi için rotol olmalıdır.
- Dolap kapılarında silindir kilit mekanizması bulunmalıdır

Sözleşme Uygun

Prof. Dr. Ömer Uluç

Savaş Koca
Pst. Sımb. teknisyeni

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek Hıfızas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kuru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü