

OTOMATİK KASET YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.
- Cihaz standart doku takip kaseti üzerine iki satır halinde yazı yazılabilmelidir.
- Kaset üzerine yazılan yazılar kolay okunabilir, siyah renkte silinmeyen özellikte olmalıdır.
- Kaset üzerindeki yazılar laboratuvardaki tüm kimyasallara karşı silinmeyecek ve uzun süre okunabilir nitelikte olmalıdır.
- Cihazda 6 kaset yükleme istasyonu olmalı ve her biri 70-80 kaset kapasitesine sahip olmalıdır.
- Cihazda kullanılan mürekkep kartuş yaklaşık olarak 60.000 kaset yazdırabilmelidir.
- Kaset yazıcı cihazı bir kişisel bilgisayar sistemi ile windows altında kontrol edilebilir özellikte olmalıdır.
- Cihazın Türkiye tek yetkili temsilcisi TSE'den alınan hizmet yeri yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığına alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- Cihaz 220v 50hz çalışabilmelidir.
- Cihaz CE kalite uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihazın 2 yıl garantili olmalı, en az 5 yıl yedek parça ve bakımı firma tarafından yapılabilirdir.
- Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan personel eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartılabilmelidir.
- Cihaz alımında bölüm tarafından uygunluk alınmalıdır.

Sözleşme uygun

Prof. Dr. Ömer Uluğ

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü

AT

Savaş Koca