

OTOMATİK LAM YAZICI CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.
- Cihaz mikroskop lamlarının üzerine silinmeyecek şekilde yıl, firma adını, hasta protokol numarasını yazılabilmelidir.
- Cihaz lam üzerine yazılan yazılar kolay okunabilir, siyah renkte silinmeyen özellikte olmalıdır.
- Lam üzerindeki yazılar laboratuvardaki tüm kimyasallara karşı silinmeyecek ve uzun süre okunabilir nitelikte olmalıdır.
- Cihazda 6 lam yükleme istasyonu olmalı ve 100-150 lam kapasitesine sahip olmalıdır.
- Cihazda kullanılan mürekkep kartuş yaklaşık olarak 60.000 kaset yazdırabilmelidir.
- Cihaz üzerinde RESERT, ONLINE, ERROR, MAGAZİNE LOADING STATUS ve INK STATUS durum göstergeleri bulunmalıdır.
- Lam yazıcı cihazı bir kişisel bilgisayar sistemi ile windows altında kontrol edilebilir özellikte olmalıdır.
- Cihazın Türkiye tek yetkili temsilcisi TSE'den alınan hizmet yeri yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığına alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- Cihaz 220v 50hz çalışabilmelidir.
- Cihaz CE kalite uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihazın 2 yıl garantili olmalı, en az 5 yıl yedek parça ve bakımı firma tarafından yapılabilmelidir.
- Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan personel eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartılabilmelidir.
- Cihaz alımında bölüm tarafından uygunluk alınmalıdır.

Sözleşme Uygun

Prof. Dr. Ömer Uluç

Suzer Koca



Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Esmi Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü