

# SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-CİHAZ DİJİTAL GÖSTERGESİ ÖN PANELDE OLMALIDIR.
- 2-DİJİTAL OLARAK ISI AYARI YAPILABİLMELİ VE EKRANDA GÖSTERMELİDİR.
- 3-CİHAZ ARKA KISMINDA DİJİTAL FLORESAN IŞIK BULUNMALIDIR.
- 4-CİHAZ ISI ARALIĞI 30-70 °C ARALIĞINDA OLMALIDIR.
- 5-CİHAZ 230 V 50/60 Hz 460 VA GÜÇ KAYNAĞINDA OLMALIDIR.
- 6-CİHAZ İÇ HAZNESİNDE 2 LT-4 LT SU ALABİLECEK KAPASİTEDE OLMALIDIR.
- 7-CİHAZ İÇ BOYUTLARI 250-250-50 MM DIŞ BOYUTU 320-440-79MM DERİNLİĞİ EN AZ 40 MM OLMALIDIR.
- 8-CİHAZ İÇİ SİYAH ALÜMİNYUM İLE KAPLI OLMALIDIR.
- 9-CİHAZIN 2 YIL GARANTİ KAPSAMINDA ,SONRASINDA 10 YIL SÜREYLE TEKNİK SERVİS YARDIMIYLA OLABİLECEK ARIZADA YEDEK PARÇALARI TEMİN EDİLEBİLMELİDİR.
- 9-CİHAZIN İTHALATÇI FİRMA TÜRKİYE TEK YETKİLİ SATICISI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYE SAHİP OLMALIDIR.
- 10- CİHAZIN CE BELGESİ OLMALIDIR.

Sözleşme uygundur  
Prof. Dr. Ömer Ulucak  
Prof. Dr. Abbas T. K. K. K.  
Yüksek İhtisas T. K. K. K.  
Fıp Fakültesi Koru K. K. K. Hastanesi  
Klinik Laboratuvar Direktörü  
Savaş Koca  
Pot. Sorumlu teknisyen