

KASET BLOK ARŞİVİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her dolap üst üste 10 çekmeceli olmalıdır.
2. Her bir çekmece 12'ye bölünmüş olmalıdır.
3. Dolaplar üst üste konulabilmelidir.
4. Her bir çekmece üzerinde etiket konulabilecek cm boyutundan küçük olmayacak şekilde yer bulunmalıdır ve etiket içermelidir.
5. 5 yıl garanti kapsamında bulunmalıdır.
6. Dış kısım mavi, çekmeceler ve raflar beyaz fırın boya ile boyanmış olmalıdır.
7. Alımdan önce bölümden uygunluk alınmalıdır.
8. Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan tüm teknik personele eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartabilmelidir.
9. Cihaz alımında patoloji kliniği tarafından uygunluk alınmalıdır.

Prof. Dr. Ömer Aksoy
Tıp Fakültesi

İsmail Koca
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kuru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü