

DOKU SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolap dokuların muhafazasını sağlamalı ve oluşan kokuları merkezi hava sistemi ile ortamdaki uzaklaştırmalıdır.
2. Dolap, kapılar, sıvı tutucu tablası ve rafları ile birlikte 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Dolabın havalandırması laboratuvara kurulacak merkezi havalandırma sistemine entegre edilebilmelidir.
4. Dolap içi havalandırma sistemi vasıtasıyla vakumlandırılmalıdır.
5. Dolabın raf yükseklikleri talebe göre imal edilmelidir, dolap rafları havalandırma için delikli olmalıdır.
6. Dolap rafları en az 100 kg yük taşıyabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
7. Dolabın alt bölümünde sıvı tutucu tablası bulunmalıdır.
8. Dolabın yaklaşık ebatları genişliği 120 cm derinliği 50 cm yüksekliği 200cm olmalıdır.
9. Dolap kapıları sürgülü olmalıdır.
10. Dolabın ayak yükseklikleri ayarlanabilmesi için rotil olmalıdır.
11. Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan tüm teknik personele eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartabilmelidir.
12. Cihaz alımında patoloji kliniği tarafından uygunluk alınmalıdır

Prof. Dr. Ömer Hacıoğlu

Osman Koca

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kuru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü