

DOKU GÖMME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dokuların parafine gömülerek blok haline getirilmesi için gerekli uygulamaların tamamını bir arada yapılmasını sağlayan tasarıma sahip olmalıdır.
2. Cihazın tüm sıcaklık ayarları kontrol edilebilmeli ve ısıları 50-70 °C aralığında ayarlanabilmelidir.
3. Cihaz parafin sızmalarına karşı yalıtılmış ve yüzeyi ksilene dayanıklı olmalı.
4. Cihazda her yöne ayarlanabilen özellikte bir büyütece sahip olmalı.
5. Cihazın parafin akış hızı ayarlanabilir olmalı.
6. Cihazın parafin atık tepsi bulunmalıdır.
7. Cihazda otomatik çalıştırmak için çalışma günleri, saat programlanabilmelidir ve bu özellik çalışır durumda seçilebilmelidir.
8. Cihaz üzerinde tek ekran bulunmalı ve ekranda tüm sıcaklık değerleri izlenebilmelidir.
9. Cihaz kaset çalışma alanını aydınlatma sistemine sahip olmalıdır.
10. Cihaz +18/+40 °C oda sıcaklığı değerlerinde çalışmalıdır.
11. Cihaz 220v/50Hz de çalışmalıdır.
12. Cihaz garanti süresi en az 2 yıl olmalı garanti dışında 10 yıl süre ile yedek parça ve bakımları firma tarafından yapılabilirdir.
13. Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan tüm teknik personele eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartabilmelidir.
14. Cihaz alımında patoloji kliniği tarafından uygunluk alınmalıdır.

İsmail Koca



Prof. Dr. Abbas TANNER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kuru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü

Prof. Dr. Ömer Uluğtepe
