

SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz Dijital Göstergesi Ön Panelde Olmalıdır.
2. Dijital Olarak Isı Ayarı Yapılabilmeli Ve Ekranda Göstermelidir.
3. Cihaz Arka Kısımında Dijital Floresan Işık Bulunmalıdır.
4. Cihaz Isı Aralığı 30-70 ° C Aralığında Olmalıdır. Ayarlanan ısı ± 2 °C fazla değişim göstermemelidir.
5. Cihaz 230 V 50/60 Hz 460 Va Güç Kaynağında Olmalıdır.
6. Cihaz İç Haznesinde 2 Lt-4 Lt Su Alabilecek Kapasitede Olmalıdır.
7. Cihaz İç Boyutları 250-250-50 Mm Diş Boyutu 320-440-79mm Derinliği En Az 40 Mm Olmalıdır.
8. Cihaz İçi Siyah Alüminyum İle Kaplı Olmalıdır.
9. Cihazın 2 Yıl Garanti Kapsamında Sonrasında 10 Yıl Süreyle Teknik Servis Yardımıyla Olabilecek Arızada Yedek Parçaları Temin Edilebilmelidir.
10. Cihazın İthalatçı Firma Türkiye Tek Yetkili Satıcısı Olduğunu Gösteren Belgeye Sahip Olmalıdır.
11. Cihazın CE Belgesi Olmalıdır.
12. Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan tüm teknik personele eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartabilmelidir.
13. Cihaz alımında patoloji kliniği tarafından uygunluk alınmalıdır.

Prof. Dr. İsmail Uluçelal
[Signature]

İsmail Koca
[Signature]

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kuru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü