

OTOMATİK LAM YAZICI CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihaz mikroskop lamalarının üzerine silinmeyecek şekilde yıl, firma adını, hasta protokol numarası alt kodlar okunaklı olarak yazılabilmelidir.
3. Cihaz lam üzerine yazılan yazılar kolay okunabilir, siyah renkte silinmeyen özellikte olmalıdır.
4. Lam üzerindeki yazılar laboratuvardaki tüm kimyasallara karşı silinmeyecek ve uzun süre okunabilir nitelikte olmalıdır.
5. Cihazda 6 lam yükleme istasyonu olmalı ve 72-150 lam kapasitesine sahip olmalıdır.
6. Cihazda kullanılan mürekkep kartuş veya termal şerit yaklaşık olarak 60.000 lam yazdırabilmelidir.
7. Cihaz üzerinde Resert , Online , Error , Magazine , loading status ve ink status durum göstergeleri bulunmalıdır.
8. Lam yazıcı cihazı bir kişisel bilgisayar sistemi ile windows altında kontrol edilebilir özellikte olmalıdır.
9. Cihazın Türkiye tek yetkili temsilcisi TSE'den alınan hizmet yeri yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığına alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
10. Cihaz 220v 50hz çalışabilmelidir.
11. Cihaz CE kalite uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Cihazın 2 yıl garantili olmalı, en az 5 yıl yedek parça ve bakımı firma tarafından yapılabilmelidir.
13. Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan tüm teknik personele eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartabilmelidir.
14. Cihaz alımında patoloji kliniği tarafından uygunluk alınmalıdır.

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kuru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü

Suzup Kocur

Prof. Dr. Ömer Uluoğlu