

OTOMATİK KASET YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihaz standart doku takip kaseti üzerine yıl, firma adı, hasta protokol no, alt kodlar yazılabilmelidir.
3. Kaset üzerine yazılan yazılar kolay okunabilir, siyah renkte silinmeyen özellikte olmalıdır.
4. Kaset üzerindeki yazılar laboratuvardaki tüm kimyasallara karşı silinmeyecek ve uzun süre okunabilir nitelikte olmalıdır.
5. Cihazda 6 kaset yükleme istasyonu olmalı ve her biri 70-80 kaset kapasitesine sahip olmalıdır.
6. Cihazda kullanılan mürekkep kartuş veya termal şerit yaklaşık olarak 60.000 kaset yazdırabilmelidir.
7. Kaset yazıcı cihazı bir kişisel bilgisayar sistemi ile windows altında kontrol edilebilir özellikte olmalıdır.
8. Cihazın Türkiye tek yetkili temsilcisi TSE'den alınan hizmet yeri yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığına alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
9. Cihaz 220v 50hz çalışabilmelidir.
10. Cihaz CE kalite uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Cihazın 2 yıl garantili olmalı, en az 5 yıl yedek parça ve bakımı firma tarafından yapılabilirdir.
12. Cihazın eğitim sertifikaları firma tarafından çalışan tüm teknik personele eğitimi verildikten sonra personeller adına çıkartabilmelidir.
13. Cihaz alımında patoloji kliniği tarafından uygunluk alınmalıdır.

Prof. Dr. Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi
Klinik Laboratuvar Direktörü

Savaş Koca



Prof. Dr. Ömer Uluğ

