

BLOK ISITICI TEKNİK ŞARTNAME

1. Sıcaklık kontrol aralığı: RT +5°C - 105°C olmalıdır.
2. Ekran Doğruluğu 0,1 °C olmalıdır.
3. Sıcaklık Kararlılığı @100°C'de 0,4 °C olmalıdır.
4. Blok içinde tekdüzelik @37°C'de 0,2 °C olmalıdır.
5. Isıtma Süresi (25 ila 100°C) 15 dakikadan az olmalıdır.
6. Zamanlayıcı 1 dakika ile 99,99 saat olmalıdır.
7. Cihazın iki adet ısıtıcı blok yeri olmalıdır.
8. Güç en fazla 200 W olmalıdır.
9. Boyutları (mm) en fazla 365x210x150 olmalıdır.
10. Ağırlığı en fazla 4,5kg olmalıdır.
11. Isıtıcı ile birlikte iki adet blok verilmelidir. Birinci blok, 20 adet 1,5 ml'lik ve 15 adet 2,0 ml'lik tüpler ile çalışmaya uygun olmalıdır. İkinci blok ise, 32 adet 0,2 ml'lik, 25 adet 0,5 ml'lik ve 9 adet 1,5 ml'lik tüpler ile çalışmaya uygun olmalıdır.
12. Cihaz iki yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öcal Demirtaş

Mu.