

## Santrifüj için Rotor Teknik Şartnamesi

- 1) Rotor, hali hazırda laboratuvarımızda bulunan **Eppendorf 5810R santrifüj cihazı** ile aynı marka orijinal üretilmiş ürün olmalıdır ve **Eppendorf 5810R santrifüj cihazı ile** tam uyumlu olup cihazla birlikte verimli bir şekilde çalışmalıdır.
- 2) Rotorun maksimum kapasitesi;
  - 2 x 4 MTP
  - 2 x 4 Cell culture plates
  - 2 x 2 DWP
  - 2 x 1 Filtration plate kitsşeklinde olmalıdır.
- 3) Rotor ile birlikte aynı anda 2 adet deep-well plate çevirmek için uygun 2 adet bucketlar verilecektir.
- 4) Rotor, maksimum 3,700 rpm rpm devir hızına ulaşabilmelidir.
- 5) Rotor, maksimum 2250 x g santrifüj kuvveti sağlayabilmelidir.
- 6) Rotor, -9°C ila 40°C arasındaki çalışma sıcaklıklarına uygun olmalıdır.
- 7) Rotor, opsiyonel adaptörlerle genişletilebilir olmalıdır.
- 8) Rotor, fabrikasyon hatalarına karşı 1 ( bir ) yıl ücretsiz, müteakip 8 ( sekiz ) yıl ücreti mukabili yedek parça, bakım ve onarım garantili olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Müge Özal Demirtaş  
M.